

**Объявление о проведении закупа медицинской техники способом запроса ценовых предложений № 46**

**1. Заказчик :** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А объявляет о проведении закупа следующих товаров:

| № лота       | Наименование и краткая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ед.изм | Кол-во | Цена       | Сумма               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|
| 1            | Стрелизатор воздушный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 1      | 370 000,00 | 370 000,00          |
| 2            | Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi, без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы. | шт     | 1      | 567 000,00 | 567 000,00          |
| 3            | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: 30160 Р стилет троакара, пирамидальный, 30160 H2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см. 30160 M1 мультифункциональный клапан                                                                                                                      | шт     | 1      | 170 000,00 | 170 000,00          |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>1 107 000,00</b> |

2. **Место поставки товара:** г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А.

3. **Срок поставки товара:** в течении 15 календарных дней с даты заключения договора.

4. **Условия поставки:** Доставить товар на склад Заказчика своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном объявлении, в указанные сроки.

5. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с «16» ноября до «23» ноября 2018 года, до 15 ч 00 мин включительно, по адресу: 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, каб 307, кабинет государственных закупок.

**Требования к закупаемой медицинской технике:**

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения:

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

4) медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

**Потенциальный поставщик вместе с оборудованием должен предоставить документы:**

- 1) сертификат происхождения;
- 2) регистрационное удостоверение на территории РК;
- 3) сертификат об утверждении тип средств измерений;
- 4) письмо от Национального центра экспертизы лекарственных средств на безопасность;
- 5) сертификат о проверке;
- 6) гарантийный сертификат;
- 7) паспорт или инструкции на государственном, русском и родном языке;
- 8) проведение технического тренинга (обучение сотрудников на местах).

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупок по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

7. При осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупок составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений. Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупок уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупке способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 10 настоящего объявления, заказчик или организатор закупок принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупок.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Победитель представляет заказчику или организатору закупок в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного

(направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа)

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил 1729;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора).

**Специалист по гос. закупкам**

**Ережепов А.А.**



## Техническая спецификация к лоту №1

Стерилизатор разработан с учетом последних достижений в теории температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, высококачественных надежных комплектующих; с использованием передовых технологий и высокоточного оборудования. Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный дизайн, как самого шкафа, так и органов системы управления.

### Основные свойства:

- Наличие высокоэффективной системы охлаждения, система охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры;
- Автоматическая регулировка поддержания температуры;
- Вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
- Энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы;
- Равномерное распределение температуры по объему камеры;
- Электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном импортном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа, на основе импортной элементной базы;
- Стерилизаторы оснащены высококачественными, надежными электро-вентиляторами производства Германии, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- Устройство защиты от перегрева;
- Современный дизайн;
- Малое энергопотребление;
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
- Возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации (по отдельному заказу).

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Объем камеры (л)                                                                                     | 80          |
| Габаритные размеры, не более (ШхГхВ) (мм)                                                            | 670х660х800 |
| Внутренние размеры, не более (ШхГхВ) (мм)                                                            | 450х400х480 |
| Мощность, не более (кВт)                                                                             | 2,1         |
| Масса, не более (кг)                                                                                 | 56          |
| Задаваемые температурные режимы (°C)                                                                 | 60...200    |
| Время нагрева стерилизатора до $t^{\circ} + 180^{\circ}\text{C}$ , не более (мин)                    | 55          |
| Задаваемое время выдержки(мин)                                                                       | 1...999     |
| Время охлаждения до $t^{\circ} + 75^{\circ}\text{C}$ , не более (мин)                                | 50          |
| Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, не более (°C)       | $\pm 3$     |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более (°C) | $\pm 3$     |
| Время непрерывной работы в сутки, не                                                                 | 16          |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| менее (ч)                                                                     |           |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более ( | 205...235 |
| Количество полок стандартное/макс. (шт)                                       | 2 (4)     |
| Питание (В, Гц)                                                               | 220/50    |